

Klinik for Fodterapi
Bibi Feilmark
Thistedgade 8 A
2630 Tåstrup

CERTIFIKAT

marts 2017

Dyrkningsresultat:

Kundenr.: 2880

Vi har gennemført dyrkningen af 1 sæt sporeprøver, indlagt i
Deres *Melag 205* den 17. marts 2017.

Resultatet blev for de 3 sporeprøver:

	plads	Ikke godkendt	godkendt
Placering	- 1: Nederst ✓
Placering	- 2: Midt ✓
Placering	- 3: Oppe ✓

160°/2 timer

Sporerne er dyrket i mindst 2*44 timer i næringssubstrat Tryptic Soy Broth.


Sterilisationen har været effektiv med en inaktiveringsfaktor på:

1 : 10^6 eller bedre overfor sporer af *Bacillus atrophæus*, og

1 : 10^5 eller bedre overfor sporer af *Geobacillus stearothermophilus*.

og kan dermed godkendes. Denne test indgår i en løbende kontrol med
ovennævnte autoklave/sterilisator og udføres hver 6. måned.

Jyllinge, den 25. marts 2017



Ulla Vedstesen, cand.brom